

Hizmet Alınan Görüntüleme Merkezinin Adı				
Ruhsat Sahibinin Adı-Soyadı				
Ruhsat Tarihi		Sayısı		
Laboratuvarın Adresi				
Laboratuvar bulunan cihazlar	<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> Röntgen Cihazı	<input type="checkbox"/> Doppler	
	<input type="checkbox"/> Kemik Dansitometre	<input type="checkbox"/> Ultrasonografi	<input type="checkbox"/> Tomografi	
Denetim Tarihi		Saati		
KRİTERLER / KARŞILANMA DURUMU		Uygun	Uygun Değil	Açıklama
TAEK'den alınan Lisans belgesi var mı? Lisansların süresi uygun mu?				
Radyasyon alanlarında radyasyon uyarı levhaları var mı?				
Laboratuvarın havalandırılması usulüne uygun mu?				
Bekleme salonları radyasyon alanlarının dışında mı?				
Laboratuvarda kullanılan alet ve malzemeler yeterli mi?				
Rapor defteri ve sonuçların kayıt edildiği bir sistem var ve kayıtlar düzenli tutuluyor mu?				
Mevcut cihazlar kim tarafında kullanılmaktadır? Cihazları kullananların eğitim durumu nedir? Belgeleri var mı?				
Röntgen cihazının bulunduğu bölümde herhangi bir tecrit yapılmış mı? (Kurşun Paravan)				
Hastaların soyunması için oda veya paravanla ayrılmış bölüm var mı?				
Hasta değerli eşyalarının korunmasına yönelik düzenleme yapılmış mı?				
Hastaların kullanımı için temiz örtü/önlük mevcut mu?				
Hastalar görüntüleme işlemine tek alınıp, kişisel mahremiyeti sağlanıyor mu?				
Vücudunda MRG ile uyumlu olmayan kalp pili, metalik kalp kapağı, stent, kohlear implant, elektrikli infüzyon pompası vb bulunan hasta / hasta yakını ve çalışanlar MRG odasına alınmama kuralı uygulanıyor mu?				
MRG odasına girişte hasta üzerinde, yanında takı, metalik cisim, bozuk para vb maddeler çıkarılıyor mu?				
MRG odasında MRG ile uyumlu olmayan oksijen tüpü, defibrilatör, monitör, sedye gibi araçlar bulunmuyor?				
Personel ve gerekirse hastalar için oda veya paravanla ayrılmış bölüm var mı?				
Tedavi uygulanan laboratuvarda müşahade kağıdı tutuluyor ve bunlar usulüne uygun saklanıyor mu?				
Laboratuvarın havalandırılması usulüne uygun mu?				
Banyo odasının havalandırılması mevcut mu?				
Hijyenik koşulları sağlık hizmeti sunmasına uygun mu?				
Röntgen odalarının zemini tahta, kauçuk veya muşamba gibi elektrikli tecrit edici maddeden mi yapılmış?				
Acil müdahale için gerekli tedbirler alınmış mı?				
Radyum ve radyoaktif maddeler mevzuata uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?				
İlgili hasta onamları alınmış mı?				

KRİTERLER / KARŞILANMA DURUMU	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
Film çekiminde ve tesliminde kimlik doğrulama işlemi yapılıyor mu?			
Gereğinde hasta ve yakınları için farklı ebatlarda radyasyon koruyucuları kullanılıyor mu?			
Hasta yakını gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmıyor mu?			
Gebe ve gebelik şüphesi olanları radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirme yapılıyor mu?			
Gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği koruyucu önlemler alınıyor mu?			
Çocuk hastalara yapılacak çekimlerde maruziyeti azaltmaya yönelik tedbirler alınıyor mu?			
Çekim yapılırken görüntüleme ünitesinin kapısı kapatılıyor mu?			
Hastalar çekim sırasında sorun yaşarsa nasıl irtibat kuracağı belirlenmiş mi?			
Personelin giyimi, kılık kıyafeti yönetmeliklere uygun mu?			
Personel, tanıtım kartlarını üzerlerinde açıkça görülebilecek şekilde takıyor mu?			
Çalışanlar için kişisel koruyucular kullanılıyor mu?			
Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar gördüğüne dair şüphe varlığında röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmiş mi?			
Çalışanların dozimetreleri var mı?			
Yıllık toplam radyasyon dozu hesaplanıyor mu? Gerektiğinde iyileştirme yapılıyor mu?			
Yıllık radyasyon dozu yasal sınırlarla kıyaslanıyor mu?			
Çalışanların periyodik muayene ve kontrolleri yapılıyor mu?			
Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri hazırlanmış mı?			
Çekim protokolleri ile ilgili çalışanlara eğitim yapılmış mı?			
Radyasyon güvenliği rehberi hazırlanmış mı?			
Radyasyon güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza durumlarına yönelik müdahale yöntemleri belirlenmiş mi?			
Çalışanlara radyasyon güvenliği ile ilgili yılda bir kez eğitim yapılmış mı?			
Laboratuvar Sorumlusu isim soyisim /imza	Denetim yapan isim soyisim/imza		