



AŞILAR İÇİN SOĞUK ZİNCİR ACİL EYLEM PLANI

Dokuman No	POL.PL.03
Yayın Tarihi	07.05.2015
Rev.No	02
Rev.Tarihi	31.05.2016
Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Çocuk Hastalıkları Uzmanı	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim
SORUMLU HEKİM	UZM.DR.YUSUF ZİYA AYDIN	
SORUMLU HEKİM (YEDEK)	DR.İBRAHİM HALİL POLAT	
SOĞUK ZİNCİR SORUMLUSU HEMŞİRE (GÜNDÜZ)	GÜLER SİNANOĞLU	
SOĞUK ZİNCİR SORUMLUSU HEMŞİRE (GECE)	MEDİHA YILMAZ	
SOĞUK ZİNCİR SORUMLU HEMŞİRE (YEDEK/GÜNDÜZ)	SABAHAT TOSUNER	
SOĞUK ZİNCİR SORUMLU HEMŞİRE (YEDEK/GECE)	MURAT KÖSE	
AŞI DOLABINDA BİR SORUN İLE KARŞILAŞILDIĞINDA AŞILARIN TAŞINACAĞI YER	OSMANOĞLU HASTANESİ ABİDE-İ HÜRRİYET CD NO:4, İSTANBUL	
ASM İRTİBAT KURULACAK KİŞİLER / TELEFON NO	ÖZCAN ERZİNCANLI 0537 475 15 91 / 0850 800 5050	
AŞI DOLABINDA BİR SORUN İLE KARŞILAŞILDIĞINDA AŞILARIN TAŞINACAĞI YER	15 NOLU ŞİŞLİ ASM (Aile Sağlığı Merkezi) FERİKÖY MAH. HİLAL SOK.NO:53/A ŞİŞLİ	
ASM İRTİBAT KURULACAK KİŞİLER / TELEFON NO	DR. GÖKHAN HALİL KAYACIK 0546 907 7091 HANİFE DOĞANTEPE 0543 929 7855 0212 230 8234	
AŞI NAKİL ÇANTASI	LABORATUVARDA BULUNAN SOĞUK ZİNCİR TAŞIMA ÇANTASI KULLANILACAK	
TAŞIYACAK ARACIN PLAKASI	34 JJ 7802	
TAŞIYACAK KİŞİ	KENAN EŞME	
TAŞIYACAK KİŞİ TELEFON NUMARASI	0507 624 9131	
AŞI DOLABININ SERVİS TELEFON NUMARASI	0532 212 35 22 / TUNCAY TEKNİK	
ELEKTRİK ARIZA OLUŞTUĞUNDA TEKNİK SERVİS DAHİLİ TELEFON NO	Dahili:146 elektrik idaresi:186	
TEKNİK SERVİS SORUMLUSU TELEFON NO	NAİL KAYGISIZ / 0530 528 5882	

JENERATÖR: haftalık ve aylık olarak düzenli kontrol ve bakımları yapılmaktadır. Jeneratör yedek yakıtı jeneratör dairesinde (2 TON) bulunmaktadır.

GÜÇ KAYNAĞI: Aşı dolabı için ayrı bir güç kaynağı mevcuttur. Elektrik kesildiğinde 8 saniye içinde Jeneratör otomatik olarak devreye girer. Jeneratör devreye girmediği durumda güç kaynağı 10dk kesintisiz enerji sağlar.