

Hazırlayan Biyomedikal Teknikeri	İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü	Onaylayan Başhekim
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

SIRA NO	CİHAZ ADI	MARKA	MODEL	SERİ NO	BAKIM PERİYODU				
					GÜN	HAFTA	AY	6 AY	YIL
1	İnkübatör		ORTHO BIOVUE	1935653					OCAK
2	Santrifüj	ACROSS SYSTEM		AS-CI-1052					OCAK
3	Santrifüj	BIOVUE SYSTEM	ORTHO-CLİNİKAL	01-bv-8537					OCAK
4	Mikro Pipet	ACROSS	10-25-50	A15303151				OCAK TEMMUZ	
5	Mikro Pipet	HANDPETTE	10-100	9150652				OCAK TEMMUZ	
6	Kan Karıştırma Mikseri	Genisis	CM 735	731267					OCAK
7	Klemp Cihazı	Tube Selaer	SE450	452537					OCAK
8	Glukometre	RHEAMED	SC126-AA	NK2401-0362					OCAK
9	Isı Nem Ölçer	ACHEM	302						OCAK
10	Kan Saklama Dolabı	SANYO	MBR-107D	10090312					OCAK